

计量授权证书附件

序号 No.	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or Parameters of Authorized Calibration /Test	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and Number of Technical Document Referred to
1	标准测力仪	50kN~10000kN	0.3级及以下	JJG 144
2	工作测力仪	50kN~10000kN	1.0级、0.3级（FS）及以下	JJG 455
3	力传感器	50kN~10000kN	0.3级及以下	JJG 391
4	测振仪	(0.1~200) Hz (0.01~20) m/s ²	频率响应和幅值线性度： 配加速度传感器MPE: ±5%配其它传感器MPE: ±10% 频率MPE: ±0.5%	JJG 676
5	环境振动分析仪	(1~80) Hz (0.01~20) m/s ²	幅值线性MPE: ±0.5dB	JJG 921
6	加速度传感器	(0.4~200) Hz (0.01~20) m/s ²	参考灵敏度： $U_{rel}=3\%$, $k=2$ 灵敏度频率响应： ±5%或±10% 灵敏度幅值线性度： ±3%	JJG 233
7	振动位移传感器	(0.1~200) Hz (0.01~5) mm	参考灵敏度： $U_{rel}=3\%$, $k=2$ 频率响应：(0.5~3) dB 幅值线性度：±10%	JJG 644
8	速度传感器	(0.5~200) Hz (0.01~150) mm/s	参考灵敏度： $U_{rel}=3\%$, $k=2$ 频率响应：±10% 幅值线性度：±5%	JJG 134
9	基桩动态测量仪	(2~200) Hz (0.01~20) m/s ²	加速度参考灵敏度： $U_{rel}=3\%$, $k=2$ 频率响应MPE: ±10% 幅值线性MPE: ±5% 时间和频率MPE: ±1%	JJG 930
10	工作标准传声器（静电激励器法）	20Hz~40kHz (-70~20) dB	WS1型、WS2型、WS3型	JJG 175

序号 No.	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or Parameters of Authorized Calibration /Test	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and Number of Technical Document Referred to
11	工作标准传声器（耦合腔比较法）	20Hz~20kHz (-70~20) dB	WS1型、WS2型、 WS3型	JJG 1019
12	低本底 α 、 β 测量仪	$(1\sim 10^5)(\text{min}\cdot 2\pi\text{sr})^{-1}$	$U_{\text{rel}}=10\%$, $k=2$	JJG 853
13	工作光泽度计	(0~120) GU	MPE: $\pm 3.0\text{GU}$	JJG 696
14	工作光泽度板	(0~120) GU	年变化量: $\pm 1.0\text{GU}$	JJG 696
15	容重器	秤量: 1g~1000g 容量: 998mL~1002mL	衡器:  级 容量筒: MPE: $\pm 2.0\text{mL}$	JJG 264
16	角位移传感器	(0~360) °	$U_{\text{rel}}=0.12\%$, $k=2$	JJF 1352
17	线位移传感器	(0~24) m	$U_{\text{rel}}=0.08\%$, $k=2$	JJF 1305
18	称重装置	1g~20t	$U=0.03\text{mg}\sim 0.4\text{kg}$, $k=2$	JJF (辽) 485
19	回弹仪检定器	刻线缺口位置: (150~300) mm 标尺刻线长度: (0~150)mm 专用标尺长度: (0~300)mm 钢砧硬度值: 60HRC 钢砧质量值: 45.0kg、20.0kg、16.0kg 拉簧检定砝码质量: (1~2)kg	MPE: $\pm 0.10\text{mm}$ MPE: $\pm 0.10\text{mm}$ MPE: $\pm 0.10\text{mm}$ MPE: $\pm 2\text{HRC}$ MPE: $(-0.2\sim +0.6)\text{kg}$ MPE: $(-0.1\sim +0.3)\text{kg}$ MPE: $\pm 0.1\%$	JJF (辽) 486
20	电杆荷载位移挠度测试仪	力值: (1~300) kN 位移: (0~5000) mm	力值: MPE: $\pm 0.5\%$ FS 位移: MPE: $\pm 0.5\%$ FS	JJF (辽) 487
21	液压扭矩扳手	(100~20000) Nm	MPE: $\pm 2\%$	JJF (辽) 516
22	气溶胶光度计	(0.01~100) $\mu\text{g/L}$	(0.01~1) $\mu\text{g/L}$, MPE: $\pm 30\%$ (10~100) $\mu\text{g/L}$, MPE: $\pm 20\%$	JJF 1800

序号 No.	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or Parameters of Authorized Calibration /Test	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and Number of Technical Document Referred to
23	雾度计	雾度：0~30 透射比：0.92~0.93	雾度相对示值误差： $\pm 5\%$ 透射比示值误差： $\pm 2\%$	JJF 1303
24	细菌内毒素分析仪	(20~50) °C	$U=0.4^{\circ}\text{C}$ ， $k=2$	JJF 1529

-----以下空白-----