

计量授权证书附件

序号 No.	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or Parameters of Authorized Calibration /Test	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and Number of Technical Document Referred to
1	标准测力仪	50kN~10000kN	0.3级及以下	JJG 144
2	工作测力仪	50kN~10000kN	1.0级、0.3级（FS）及以下	JJG 455
3	力传感器	50kN~10000kN	0.3级及以下	JJG 391
4	测振仪	(0.1~200) Hz (0.01~20) m/s ²	频率响应和幅值线性度： 配加速度传感MPE： ±5% 配其它传感器MPE： ±10% 频率MPE：±0.5%	JJG 676
5	环境振动分析仪	(1~80) Hz (0.01~20) m/s ²	幅值线性MPE：±0.5dB	JJG 921
6	加速度传感器	(0.4~200) Hz (0.01~20) m/s ²	参考灵敏度： $U_{rel}=3\%$, $k=2$ 灵敏度频率响应： ±5%或±10% 灵敏度幅值线性度： ±3%	JJG 233
7	振动位移传感器	(0.1~200) Hz (0.01~5) mm	参考灵敏度： $U_{rel}=3\%$, $k=2$ 频率响应： (0.5~3) dB 幅值线性度：±10%	JJG 644
8	速度传感器	(0.5~200) Hz (0.01~150) mm/s	参考灵敏度： $U_{rel}=3\%$, $k=2$ 频率响应：±10% 幅值线性度：±5%	JJG 134
9	基桩动态测量仪	(2~200) Hz (0.01~20) m/s ²	加速度参考灵敏度： $U_{rel}=3\%$, $k=2$ 频率响应MPE：±10% 幅值线性MPE：±5% 时间和频率MPE： ±1%	JJG 930
10	工作标准传声器（静电激励器法）	20Hz~40kHz (-70~20) dB	WS1型、WS2型、WS3型	JJG 175

序号 No.	授权校准/检测 项目或参数名称 Items or Parameters of Authorized Calibration /Test	测量范围 Measurement Range	准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy or Expanded Measurement Uncertainty	依据技术文件 名称及编号 Name and Number of Technical Document Referred to
11	工作标准传声器（耦合腔比较法）	20Hz~20kHz (-70~20) dB	WS1型、WS2型、 WS3型	JJG 1019
12	低本底 α 、 β 测量仪	$(1\sim 10^5)(\text{min}\cdot 2\pi\text{sr})^{-1}$	$U_{\text{rel}}=10\%$ ， $k=2$	JJG 853

-----以下空白-----