

名称：辽宁省计量科学研究院

地址：辽宁省沈阳市沈河区长青街 58-1 号

注册号：CNAS L0954

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2024 年 08 月 20 日 截止日期：2030 年 06 月 05 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
03 机械						
1	温度变送器	1	测量误差和回差	工业过程控制系统用变送器第 2 部分：检查和例行试验方法 GB/T 17614.2-2015 5.5.1		2024-08-20
2	工业铂热电阻及铂感温元件	1	允差验收试验	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.2.1		2024-08-20
		2	高温绝缘电阻	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.5.1		2024-08-20
		3	热响应时间	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.5.2		2024-08-20
		4	上限温度稳定性	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.5.3		2024-08-20



No. CNAS L0954

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	热电影响	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.5.4		2024-08-20
		6	温度循环影响	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.5.5		2024-08-20
		7	回差影响	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.5.6		2024-08-20
		8	自热	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.5.7		2024-08-20
		9	最小置入深度	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.5.8		2024-08-20
		10	绝缘强度	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.6.3		2024-08-20
		11	跌落	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.6.5		2024-08-20
3	光纤光栅温度传感器	1	外观	土木工程用光纤光栅温度传感器 JG/T 421-2013 6.3		2024-08-20
		2	误差	土木工程用光纤光栅温度传感器 JG/T 421-2013 6.4.1		2024-08-20
		3	分辨力	土木工程用光纤光栅温度传感器 JG/T 421-2013 6.4.2		2024-08-20
		4	重复性	土木工程用光纤光栅温度传感器 JG/T 421-2013 6.4.3		2024-08-20
4	*高温炉	1	温度均匀性检测	高温测量 AMS 2750G-2022 3.5		2024-08-20
		2	系统精度测试	高温测量 AMS 2750G-2022 3.4		2024-08-20

